

## 「ノロウイルス抗原：EIA」 検査試薬変更に関わるお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、昨今日本国内で検出例の少なかったノロウイルスの新型株(GⅡ.17型)による感染例が相次いで報告され、既存の抗原検出試薬には反応し難い事実が判明したことに伴い、下記期日より当該GⅡ.17型に対する反応性を改善させた改良試薬(同一メーカー品)にて検査が実施された旨の案内が検査委託先よりございましたので、お知らせする次第です。

急なご案内となり申し訳ございませんが、ノロウイルス感染症の流行時期を控え早急な対応が必要と判断されたものでありますので、宜しくご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■対象項目

頁	項目コード	検査項目名
62	4094	ノロウイルス抗原：EIA

#### ■変更期日

- 2015年11月19日(木)受付日分より

#### 【改良試薬の性能について】

改良試薬はGⅡ.17型に対する反応性を改善させておりますが、EIA法で検出可能なウイルス量があるにもかかわらず、なお偽陰性となる例を排除できません。

従って、本検査が陰性であってもGⅡ.17型による感染を否定することはできませんので、他の検査結果や臨床症状などを併せて総合的にご判断いただくようお願いいたします。

以上