

内部精度管理の実施状況

2017年1月度 No.1

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
総蛋白(TP)	L-コンセーラ I EX	5.41	0.06	1.0
	L-コンセーラ II EX	8.03	0.07	0.9
アルブミン(ALB)	L-コンセーラ I EX	3.69	0.08	2.1
	L-コンセーラ II EX	5.49	0.09	1.7
チモール(TTT)	L-コンセーラ I EX	0.68	0.07	10.5
	TZプール血清 ^{※1}	2.22	0.17	7.6
クンケル(ZTT)	L-コンセーラ I EX	4.04	0.26	6.5
	TZプール血清 ^{※1}	6.56	0.34	5.2
総ビリルビン(TBL)	L-コンセーラ I EX	0.40	0.01	1.3
	L-コンセーラ II EX	2.83	0.05	1.7
直接ビリルビン(DBL)	L-コンセーラ I EX	0.20	0.00	0.0
	L-コンセーラ II EX	1.25	0.05	4.0
AST(GOT)	L-コンセーラ I EX	48.5	1.0	2.0
	L-コンセーラ II EX	115.9	1.7	1.5
ALT(GPT)	L-コンセーラ I EX	34.4	0.9	2.5
	L-コンセーラ II EX	111.7	1.8	1.6
LDH	L-コンセーラ I EX	194.7	3.6	1.9
	L-コンセーラ II EX	426.6	6.5	1.5
ALP	L-コンセーラ I EX	208.3	3.2	1.5
	L-コンセーラ II EX	428.7	6.8	1.6
LAP	L-コンセーラ I EX	42.0	0.6	1.4
	L-コンセーラ II EX	69.9	0.9	1.3
γ-GTP(GGT)	L-コンセーラ I EX	44.6	0.8	1.8
	L-コンセーラ II EX	305.2	4.2	1.4
コリンエステラーゼ(CHE)	L-コンセーラ I EX	267.3	3.6	1.3
	L-コンセーラ II EX	404.2	5.0	1.2
CK (CPK)	L-コンセーラ I EX	91.5	1.4	1.5
	L-コンセーラ II EX	584.4	5.6	1.0
アミラーゼ(AMY)	L-コンセーラ I EX	120.6	2.1	1.7
	L-コンセーラ II EX	302.5	4.6	1.5
尿素窒素(BUN)	L-コンセーラ I EX	15.09	0.24	1.6
	L-コンセーラ II EX	47.27	0.72	1.5
クレアチニン(CRE)	L-コンセーラ I EX	0.95	0.010	1.1
	L-コンセーラ II EX	5.38	0.035	0.7
尿酸(UA)	L-コンセーラ I EX	3.77	0.06	1.6
	L-コンセーラ II EX	9.87	0.10	1.0
総コレステロール(TCH)	L-コンセーラ I EX	119.8	1.3	1.1
	L-コンセーラ II EX	181.7	1.6	0.9
中性脂肪(TG)	L-コンセーラ I EX	45.4	0.8	1.8
	L-コンセーラ II EX	67.4	0.9	1.4

※1: TZプール血清はロット変更しています。

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン

内部精度管理の実施状況

2017年1月度 No.2

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
HDLコレステロール(HDL)	L-コンセーラ I EX	36.2	0.5	1.4
	L-コンセーラ II EX	53.3	0.7	1.2
LDLコレステロール(LDL) (直接法)	L-コンセーラ I EX	68.1	0.8	1.2
	L-コンセーラ II EX	100.9	1.0	1.0
リン脂質(PLP)	L-コンセーラ I EX	158.0	1.4	0.9
	L-コンセーラ II EX	238.1	1.4	0.6
ナトリウム(Na)	L-コンセーラ I EX	139.3	1.0	0.7
	L-コンセーラ II EX	152.6	1.0	0.6
クロール(Cl)	L-コンセーラ I EX	100.8	0.7	0.7
	L-コンセーラ II EX	119.5	0.9	0.8
カリウム(K)	L-コンセーラ I EX	4.34	0.07	1.5
	L-コンセーラ II EX	6.26	0.09	1.4
マグネシウム(Mg)	L-コンセーラ I EX	1.80	0.03	1.7
	L-コンセーラ II EX	3.96	0.05	1.3
カルシウム(Ca)	L-コンセーラ I EX	8.70	0.19	2.1
	L-コンセーラ II EX	13.76	0.25	1.8
無機リン(IP)	L-コンセーラ I EX	4.07	0.06	1.4
	L-コンセーラ II EX	8.70	0.09	1.0
血清鉄(Fe)	L-コンセーラ I EX	127.0	1.4	1.1
	L-コンセーラ II EX	205.0	1.5	0.7
血糖(GLU)	L-コンセーラ I EX	97.9	0.6	0.6
	L-コンセーラ II EX	307.8	1.4	0.5
CRP	L-コンセーラ I EX	0.401	0.009	2.2
	L-コンセーラ II EX	2.246	0.042	1.9
HbA1c(NGSP)	ライフチェックDM1	4.98	0.08	1.6
	ライフチェックDM2	9.23	0.09	1.0
白血球数(WBC)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	3183	46	1.4
	ヘマトロジーコントロール N	6803	83	1.2
赤血球数(RBC)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	231.7	2.2	0.9
	ヘマトロジーコントロール N	426.4	3.4	0.8
ヘモグロビン(HGB)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	5.89	0.05	0.8
	ヘマトロジーコントロール N	11.53	0.08	0.7
ヘマトクリット(HCT)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	16.89	0.19	1.1
	ヘマトロジーコントロール N	33.34	0.28	0.8
血小板数(PLT)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	7.91	0.24	3.0
	ヘマトロジーコントロール N	22.42	0.40	1.8

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン