

内部精度管理の実施状況

2018年2月度 No.1

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
総蛋白(TP)	L-コンセーラ I EX	5.33	0.05	0.9
	L-コンセーラ II EX	7.82	0.06	0.7
アルブミン(ALB)	L-コンセーラ I EX	3.59	0.07	1.9
	L-コンセーラ II EX	5.30	0.08	1.6
チモール(TTT)	L-コンセーラ I EX	1.06	0.10	9.2
	TZプール血清*1	2.78	0.19	6.8
クンケル(ZTT)	L-コンセーラ I EX	5.06	0.36	7.1
	TZプール血清*1	7.60	0.49	6.5
総ビリルビン(TBL)	L-コンセーラ I EX	0.40	0.00	0.0
	L-コンセーラ II EX	3.45	0.06	1.8
直接ビリルビン(DBL)	L-コンセーラ I EX	0.28	0.04	15.5
	L-コンセーラ II EX	1.60	0.03	2.1
AST(GOT)	L-コンセーラ I EX	49.2	0.9	1.8
	L-コンセーラ II EX	123.7	1.4	1.2
ALT(GPT)	L-コンセーラ I EX	36.6	0.7	2.0
	L-コンセーラ II EX	116.3	1.4	1.2
LDH	L-コンセーラ I EX	197.2	3.0	1.5
	L-コンセーラ II EX	450.5	6.1	1.4
ALP	L-コンセーラ I EX	209.8	3.0	1.4
	L-コンセーラ II EX	435.6	6.0	1.4
LAP	L-コンセーラ I EX	46.2	0.7	1.6
	L-コンセーラ II EX	85.3	1.1	1.3
γ-GTP(GGT)	L-コンセーラ I EX	43.7	0.7	1.5
	L-コンセーラ II EX	300.0	2.0	0.7
コリンエステラーゼ(CHE)	L-コンセーラ I EX	250.9	3.0	1.2
	L-コンセーラ II EX	380.8	4.4	1.2
CK (CPK)	L-コンセーラ I EX	94.7	1.5	1.6
	L-コンセーラ II EX	539.2	5.9	1.1
アミラーゼ(AMY)	L-コンセーラ I EX	116.2	1.9	1.6
	L-コンセーラ II EX	306.6	4.8	1.6
尿素窒素(BUN)	L-コンセーラ I EX	15.03	0.20	1.4
	L-コンセーラ II EX	47.73	0.54	1.1
クレアチニン(CRE)	L-コンセーラ I EX	1.018	0.010	1.0
	L-コンセーラ II EX	5.485	0.036	0.7
尿酸(UA)	L-コンセーラ I EX	3.65	0.06	1.6
	L-コンセーラ II EX	9.77	0.11	1.1
総コレステロール(TCH)	L-コンセーラ I EX	114.8	1.2	1.0
	L-コンセーラ II EX	171.7	1.7	1.0
中性脂肪(TG)	L-コンセーラ I EX	42.7	0.7	1.7
	L-コンセーラ II EX	62.4	0.8	1.3

*1: TZプール血清は、ロット変更しています。

ロット変更のため、集計期間は2018年2月2日～2018年2月28日です。

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン

内部精度管理の実施状況

2018年2月度 No.2

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
HDLコレステロール(HDL)	L-コンセーラ I EX	35.9	0.6	1.6
	L-コンセーラ II EX	51.8	0.6	1.2
LDLコレステロール(LDL) (直接法)	L-コンセーラ I EX	63.5	0.9	1.4
	L-コンセーラ II EX	98.1	1.2	1.3
リン脂質(PLP)	L-コンセーラ I EX	145.3	1.8	1.2
	L-コンセーラ II EX	216.0	1.9	0.9
ナトリウム(Na)	L-コンセーラ I EX	141.0	1.0	0.7
	L-コンセーラ II EX	153.4	1.0	0.7
クロール(Cl)	L-コンセーラ I EX	101.9	0.7	0.7
	L-コンセーラ II EX	121.1	0.8	0.7
カリウム(K)	L-コンセーラ I EX	4.38	0.07	1.6
	L-コンセーラ II EX	6.28	0.11	1.7
マグネシウム(Mg)	L-コンセーラ I EX	1.75	0.05	2.9
	L-コンセーラ II EX	3.86	0.06	1.7
カルシウム(Ca)	L-コンセーラ I EX	8.60	0.15	1.8
	L-コンセーラ II EX	13.53	0.20	1.5
無機リン(IP)	L-コンセーラ I EX	3.99	0.07	1.8
	L-コンセーラ II EX	8.70	0.14	1.6
血清鉄(Fe)	L-コンセーラ I EX	130.0	1.6	1.2
	L-コンセーラ II EX	236.1	2.0	0.8
血糖(GLU)	L-コンセーラ I EX	95.4	0.6	0.6
	L-コンセーラ II EX	298.6	1.3	0.4
CRP	L-コンセーラ I EX	0.406	0.011	2.7
	L-コンセーラ II EX	2.295	0.050	2.2
HbA1c(NGSP)	ライフチェックDM1	4.83	0.06	1.2
	ライフチェックDM2	9.02	0.09	1.0
白血球数(WBC)	ヘマトロジーコントロール Ab(L) ^{*2}	3375	55	1.6
	ヘマトロジーコントロール N ^{*2}	6855	74	1.1
赤血球数(RBC)	ヘマトロジーコントロール Ab(L) ^{*2}	227.1	2.4	1.1
	ヘマトロジーコントロール N ^{*2}	425.4	2.8	0.7
ヘモグロビン(HGB)	ヘマトロジーコントロール Ab(L) ^{*2}	5.31	0.07	1.3
	ヘマトロジーコントロール N ^{*2}	10.89	0.07	0.6
ヘマトクリット(HCT)	ヘマトロジーコントロール Ab(L) ^{*2}	16.14	0.22	1.3
	ヘマトロジーコントロール N ^{*2}	32.80	0.32	1.0
血小板数(PLT)	ヘマトロジーコントロール Ab(L) ^{*2}	8.11	0.30	3.7
	ヘマトロジーコントロール N ^{*2}	22.85	0.38	1.7

*2:ヘマトロジーコントロールAb(L)、ヘマトロジーコントロールNは、ロット変更しています。

ロット変更のため、集計期間は2018年2月15日～2018年2月28日です。

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン