

## 内部精度管理の実施状況

2018年7月度 No.1

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
総蛋白(TP) <sup>*1</sup>	L-コンセーラ I EX	5.45	0.05	1.0
	L-コンセーラ II EX	7.79	0.07	0.8
アルブミン(ALB)	L-コンセーラ I EX	3.60	0.04	1.1
	L-コンセーラ II EX	5.14	0.06	1.1
チモール(TTT)	L-コンセーラ I EX	0.77	0.09	11.0
	TZプール血清	1.99	0.14	6.9
クンケル(ZTT)	L-コンセーラ I EX	4.97	0.34	6.9
	TZプール血清	7.28	0.37	5.1
総ビリルビン(TBL)	L-コンセーラ I EX	0.33	0.05	14.1
	L-コンセーラ II EX	2.58	0.04	1.6
直接ビリルビン(DBL)	L-コンセーラ I EX	0.20	0.00	0.0
	L-コンセーラ II EX	1.20	0.02	1.3
AST(GOT)	L-コンセーラ I EX	45.9	0.8	1.7
	L-コンセーラ II EX	114.7	1.2	1.0
ALT(GPT)	L-コンセーラ I EX	37.8	0.7	1.7
	L-コンセーラ II EX	123.8	1.2	1.0
LDH <sup>*1</sup>	L-コンセーラ I EX	183.0	2.9	1.6
	L-コンセーラ II EX	450.3	5.9	1.3
ALP <sup>*1</sup>	L-コンセーラ I EX	207.0	2.4	1.1
	L-コンセーラ II EX	431.4	4.1	1.0
LAP	L-コンセーラ I EX	47.2	0.6	1.4
	L-コンセーラ II EX	76.8	1.0	1.3
γ-GTP(GGT)	L-コンセーラ I EX	44.3	0.6	1.4
	L-コンセーラ II EX	295.3	2.4	0.8
コリンエステラーゼ <sup>(CHE)</sup> <sup>*1</sup>	L-コンセーラ I EX	269.4	3.7	1.4
	L-コンセーラ II EX	393.9	4.9	1.3
CK (CPK) <sup>*1</sup>	L-コンセーラ I EX	98.7	1.3	1.3
	L-コンセーラ II EX	573.4	4.6	0.8
アミラーゼ(AMY)	L-コンセーラ I EX	98.0	2.2	2.3
	L-コンセーラ II EX	235.0	4.5	1.9
尿素窒素(BUN)	L-コンセーラ I EX	15.23	0.19	1.2
	L-コンセーラ II EX	47.30	0.57	1.2
クレアチニン(CRE)	L-コンセーラ I EX	1.009	0.009	0.9
	L-コンセーラ II EX	5.596	0.038	0.7
尿酸(UA) <sup>*1</sup>	L-コンセーラ I EX	3.71	0.07	1.9
	L-コンセーラ II EX	9.97	0.15	1.5
総コレステロール(TCH) <sup>*1</sup>	L-コンセーラ I EX	119.0	1.5	1.2
	L-コンセーラ II EX	174.6	2.2	1.3
中性脂肪(TG)	L-コンセーラ I EX	44.7	0.6	1.4
	L-コンセーラ II EX	65.0	0.8	1.3

\*1:校正による管理値変更のため、集計期間は2018年7月1日～2018年7月22日です。

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン

## 内部精度管理の実施状況

2018年7月度 No.2

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
HDLコレステロール(HDL)	L-コンセーラ I EX	34.9	0.5	1.4
	L-コンセーラ II EX	49.4	0.6	1.3
LDLコレステロール(LDL) (直接法)	L-コンセーラ I EX	66.7	0.8	1.3
	L-コンセーラ II EX	98.0	1.2	1.2
リン脂質(PLP)	L-コンセーラ I EX	154.6	1.5	1.0
	L-コンセーラ II EX	223.3	1.7	0.8
ナトリウム(Na)	L-コンセーラ I EX	142.1	1.0	0.7
	L-コンセーラ II EX	152.5	1.0	0.7
クロール(Cl)	L-コンセーラ I EX	100.5	0.9	0.8
	L-コンセーラ II EX	119.7	1.1	0.9
カリウム(K)	L-コンセーラ I EX	4.31	0.09	2.2
	L-コンセーラ II EX	6.18	0.14	2.3
マグネシウム(Mg)	L-コンセーラ I EX	1.85	0.05	2.8
	L-コンセーラ II EX	4.00	0.08	2.0
カルシウム(Ca)	L-コンセーラ I EX	8.42	0.16	1.9
	L-コンセーラ II EX	13.30	0.23	1.7
無機リン(IP) <sup>*1</sup>	L-コンセーラ I EX	4.07	0.06	1.4
	L-コンセーラ II EX	8.70	0.10	1.1
血清鉄(Fe) <sup>*1</sup>	L-コンセーラ I EX	128.8	1.7	1.3
	L-コンセーラ II EX	231.3	2.0	0.9
血糖(GLU)	L-コンセーラ I EX	96.3	0.6	0.6
	L-コンセーラ II EX	300.8	1.2	0.4
CRP	L-コンセーラ I EX	0.376	0.008	2.1
	L-コンセーラ II EX	2.229	0.036	1.6
HbA1c(NGSP)	ライフチェックDM1	4.88	0.06	1.1
	ライフチェックDM2	9.04	0.10	1.1
白血球数(WBC)	ヘマトロジーコントロール Ab(L) <sup>*2</sup>	3250	55	1.7
	ヘマトロジーコントロール N <sup>*2</sup>	6891	106	1.5
赤血球数(RBC)	ヘマトロジーコントロール Ab(L) <sup>*2</sup>	234.9	1.9	0.8
	ヘマトロジーコントロール N <sup>*2</sup>	433.0	2.4	0.6
ヘモグロビン(HGB)	ヘマトロジーコントロール Ab(L) <sup>*2</sup>	5.50	0.05	0.9
	ヘマトロジーコントロール N <sup>*2</sup>	10.91	0.07	0.6
ヘマトクリット(HCT)	ヘマトロジーコントロール Ab(L) <sup>*2</sup>	16.24	0.18	1.1
	ヘマトロジーコントロール N <sup>*2</sup>	32.91	0.20	0.6
血小板数(PLT)	ヘマトロジーコントロール Ab(L) <sup>*2</sup>	8.04	0.27	3.3
	ヘマトロジーコントロール N <sup>*2</sup>	22.75	0.38	1.7

\*1:校正による管理値変更のため、集計期間は2018年7月1日～2018年7月22日です。

\*2:ヘマトロジーコントロールAb(L)、ヘマトロジーコントロールNは、ロット変更しています。

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン