

内部精度管理の実施状況

2018年8月度 No.1

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
総蛋白(TP)	L-コンセーラ I EX	5.52	0.04	0.8
	L-コンセーラ II EX	7.86	0.06	0.7
アルブミン(ALB)	L-コンセーラ I EX	3.58	0.05	1.3
	L-コンセーラ II EX	5.11	0.06	1.2
チモール(TTT)	L-コンセーラ I EX	0.76	0.08	10.4
	TZプール血清	1.95	0.13	6.7
クンケル(ZTT)	L-コンセーラ I EX	4.94	0.30	6.0
	TZプール血清	7.23	0.36	4.9
総ビリルビン(TBL)	L-コンセーラ I EX	0.31	0.03	10.9
	L-コンセーラ II EX	2.55	0.05	2.0
直接ビリルビン(DBL)	L-コンセーラ I EX	0.20	0.00	0.0
	L-コンセーラ II EX	1.20	0.01	0.4
AST(GOT)	L-コンセーラ I EX	45.7	0.7	1.6
	L-コンセーラ II EX	114.4	1.1	0.9
ALT(GPT)	L-コンセーラ I EX	37.7	0.7	1.9
	L-コンセーラ II EX	124.7	1.1	0.9
LDH	L-コンセーラ I EX	182.9	2.4	1.3
	L-コンセーラ II EX	449.4	4.7	1.0
ALP	L-コンセーラ I EX	208.9	3.0	1.4
	L-コンセーラ II EX	434.3	5.6	1.3
LAP	L-コンセーラ I EX	47.1	0.7	1.5
	L-コンセーラ II EX	77.0	1.0	1.3
γ-GTP(GGT)* ¹	L-コンセーラ I EX	42.8	0.5	1.1
	L-コンセーラ II EX	279.2	2.0	0.7
コリンエステラーゼ(CHE)	L-コンセーラ I EX	266.7	2.8	1.1
	L-コンセーラ II EX	391.3	3.9	1.0
CK (CPK)	L-コンセーラ I EX	97.8	1.4	1.4
	L-コンセーラ II EX	573.8	4.7	0.8
アミラーゼ(AMY)* ¹	L-コンセーラ I EX	84.9	0.8	1.0
	L-コンセーラ II EX	191.8	2.0	1.0
尿素窒素(BUN)	L-コンセーラ I EX	15.19	0.20	1.3
	L-コンセーラ II EX	47.24	0.59	1.3
クレアチニン(CRE)	L-コンセーラ I EX	1.013	0.011	1.1
	L-コンセーラ II EX	5.624	0.040	0.7
尿酸(UA)	L-コンセーラ I EX	3.70	0.05	1.4
	L-コンセーラ II EX	9.87	0.08	0.8
総コレステロール(TCH)	L-コンセーラ I EX	119.3	0.8	0.7
	L-コンセーラ II EX	174.8	1.2	0.7
中性脂肪(TG)	L-コンセーラ I EX	44.7	0.8	1.7
	L-コンセーラ II EX	64.9	0.9	1.4

*1: 試薬変更のため、集計期間は2018年8月13日～2018年8月31日です。

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン

内部精度管理の実施状況

2018年8月度 No.2

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
HDLコレステロール(HDL)	L-コンセーラ I EX	35.2	0.5	1.4
	L-コンセーラ II EX	49.9	0.6	1.2
LDLコレステロール(LDL) (直接法)	L-コンセーラ I EX	66.5	0.7	1.0
	L-コンセーラ II EX	97.7	0.8	0.8
リン脂質(PLP)	L-コンセーラ I EX	154.9	1.2	0.8
	L-コンセーラ II EX	223.3	1.6	0.7
ナトリウム(Na)	L-コンセーラ I EX	141.9	1.0	0.7
	L-コンセーラ II EX	152.6	1.1	0.7
クロール(Cl)	L-コンセーラ I EX	100.6	0.7	0.7
	L-コンセーラ II EX	119.8	1.0	0.8
カリウム(K)	L-コンセーラ I EX	4.31	0.08	1.8
	L-コンセーラ II EX	6.20	0.12	2.0
マグネシウム(Mg)	L-コンセーラ I EX	1.89	0.03	1.4
	L-コンセーラ II EX	4.01	0.06	1.4
カルシウム(Ca)* ¹	L-コンセーラ I EX	8.83	0.11	1.2
	L-コンセーラ II EX	13.39	0.12	0.9
無機リン(IP)	L-コンセーラ I EX	4.14	0.06	1.4
	L-コンセーラ II EX	8.89	0.12	1.3
血清鉄(Fe)	L-コンセーラ I EX	131.5	1.2	0.9
	L-コンセーラ II EX	236.1	1.5	0.6
血糖(GLU)	L-コンセーラ I EX	96.1	0.6	0.6
	L-コンセーラ II EX	300.0	1.5	0.5
CRP	L-コンセーラ I EX	0.381	0.010	2.6
	L-コンセーラ II EX	2.241	0.033	1.5
HbA1c(NGSP)	ライフチェックDM1	4.85	0.07	1.5
	ライフチェックDM2	9.04	0.10	1.1
白血球数(WBC)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	3274	44	1.3
	ヘマトロジーコントロール N	6972	82	1.2
赤血球数(RBC)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	234.1	1.4	0.6
	ヘマトロジーコントロール N	432.0	2.5	0.6
ヘモグロビン(HGB)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	5.48	0.05	0.9
	ヘマトロジーコントロール N	10.90	0.06	0.6
ヘマトクリット(HCT)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	16.26	0.12	0.7
	ヘマトロジーコントロール N	33.03	0.20	0.6
血小板数(PLT)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	8.06	0.21	2.6
	ヘマトロジーコントロール N	22.76	0.35	1.6

*1: 試薬変更のため、集計期間は2018年8月13日～2018年8月31日です。

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン