

内部精度管理の実施状況

2019年4月度 No.1

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
総蛋白(TP)	L-コンセーラ I EX	5.57	0.06	1.0
	L-コンセーラ II EX	7.86	0.08	1.0
アルブミン(ALB)	L-コンセーラ I EX	3.61	0.05	1.4
	L-コンセーラ II EX	5.17	0.07	1.3
総ビリルビン(TBL)	L-コンセーラ I EX	0.30	0.00	0.0
	L-コンセーラ II EX	3.13	0.05	1.5
直接ビリルビン(DBL)	L-コンセーラ I EX	0.20	0.00	0.0
	L-コンセーラ II EX	1.40	0.03	1.8
AST(GOT)	L-コンセーラ I EX	48.1	1.0	2.0
	L-コンセーラ II EX	126.3	1.7	1.4
ALT(GPT)	L-コンセーラ I EX	37.1	0.8	2.2
	L-コンセーラ II EX	124.6	1.3	1.1
LDH	L-コンセーラ I EX	199.8	3.5	1.7
	L-コンセーラ II EX	430.2	6.8	1.6
ALP	L-コンセーラ I EX	208.6	3.3	1.6
	L-コンセーラ II EX	431.9	6.6	1.5
LAP	L-コンセーラ I EX	47.0	0.8	1.7
	L-コンセーラ II EX	90.8	1.3	1.5
γ-GTP(GGT)	L-コンセーラ I EX	43.4	0.7	1.6
	L-コンセーラ II EX	291.6	3.6	1.2
コリンエステラーゼ(CHE)	L-コンセーラ I EX	276.3	3.6	1.3
	L-コンセーラ II EX	397.1	4.8	1.2
CK(CPK)	L-コンセーラ I EX	101.4	1.5	1.5
	L-コンセーラ II EX	623.6	6.4	1.0
アミラーゼ(AMY)	L-コンセーラ I EX	95.6	1.0	1.1
	L-コンセーラ II EX	238.0	2.4	1.0
尿素窒素(BUN)	L-コンセーラ I EX	15.29	0.18	1.2
	L-コンセーラ II EX	48.10	0.51	1.1
クレアチニン(CRE)	L-コンセーラ I EX	0.991	0.011	1.1
	L-コンセーラ II EX	5.493	0.049	0.9
尿酸(UA)	L-コンセーラ I EX	3.67	0.06	1.7
	L-コンセーラ II EX	9.73	0.11	1.2
総コレステロール(TCH)	L-コンセーラ I EX	103.3	1.3	1.2
	L-コンセーラ II EX	149.6	1.8	1.2
中性脂肪(TG)	L-コンセーラ I EX	36.0	0.6	1.8
	L-コンセーラ II EX	51.4	0.8	1.6

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン

内部精度管理の実施状況

2019年4月度 No.2

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
HDLコレステロール(HDL)	L-コンセーラ I EX	30.7	0.5	1.6
	L-コンセーラ II EX	42.8	0.6	1.4
LDLコレステロール(LDL) (直接法)	L-コンセーラ I EX	61.3	0.8	1.3
	L-コンセーラ II EX	87.4	1.1	1.2
リン脂質(PLP)	L-コンセーラ I EX	139.4	1.5	1.1
	L-コンセーラ II EX	200.0	1.9	0.9
ナトリウム(Na)	L-コンセーラ I EX	140.1	1.0	0.7
	L-コンセーラ II EX	152.2	1.0	0.7
クロール(Cl)	L-コンセーラ I EX	100.7	0.8	0.8
	L-コンセーラ II EX	117.7	1.0	0.9
カリウム(K)	L-コンセーラ I EX	4.34	0.07	1.6
	L-コンセーラ II EX	6.07	0.09	1.5
マグネシウム(Mg)	L-コンセーラ I EX	1.85	0.05	2.8
	L-コンセーラ II EX	4.02	0.06	1.4
カルシウム(Ca)	L-コンセーラ I EX	8.75	0.14	1.6
	L-コンセーラ II EX	13.45	0.18	1.3
無機リン(IP)	L-コンセーラ I EX	4.05	0.06	1.5
	L-コンセーラ II EX	8.71	0.10	1.2
血清鉄(Fe)	L-コンセーラ I EX	129.2	1.5	1.2
	L-コンセーラ II EX	243.5	1.9	0.8
血糖(GLU)	L-コンセーラ I EX	95.0	0.6	0.7
	L-コンセーラ II EX	300.7	1.5	0.5
CRP	L-コンセーラ I EX	0.383	0.009	2.3
	L-コンセーラ II EX	2.208	0.042	1.9
HbA1c(NGSP)	ライフチェックDM1	5.12	0.06	1.2
	ライフチェックDM2	9.33	0.08	0.8
白血球数(WBC)* ¹	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	3390	59	1.7
	ヘマトロジーコントロール N	7029	96	1.4
赤血球数(RBC)* ¹	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	225.8	1.1	0.5
	ヘマトロジーコントロール N	429.4	2.8	0.6
ヘモグロビン(HGB)* ¹	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	5.36	0.06	1.2
	ヘマトロジーコントロール N	11.23	0.06	0.6
ヘマトクリット(HCT)* ¹	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	16.05	0.13	0.8
	ヘマトロジーコントロール N	33.56	0.22	0.7
血小板数(PLT)* ¹	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	8.06	0.24	3.0
	ヘマトロジーコントロール N	23.66	0.35	1.5

*1:ロット変更による管理値変更のため、集計期間は2019年4月1日～2019年4月22日です。

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン