

フリーテストステロン検査受託再開に伴う 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、フリーテストステロンにつきまして、検査委託先より新試薬の発売が決定し受託再開する旨の連絡がありました。

弊社では、2015年2月より一時受託中止とさせていただいておりましたが、下記期日より受託を再開いたします。また、新試薬での測定となりますことから検査要項を変更しての再開となりますことをご案内いたします。

長期に渡り、大変ご迷惑をお掛けいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
今後ともお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目

項目コード	検査項目名
2233	フリーテストステロン

■変更期日(受託再開日)

- 2016年2月2日(火)受付日分より

フリーテストステロン

本項目は、旧試薬(株式会社LSIメディエンス社製)の製造販売中止後、国内唯一のRIA試薬が発売されることとなり、この新試薬を用いての検査です。旧試薬と同様にガイドライン推奨のRIA固相法を用いています。旧試薬に近似した結果が得られることが期待されていますが、全く同等の結果ではありません。基準値等が変更となります。

■検査要項

頁	項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧
55	2233	フリーテストステロン	検査項目名	フリーテストステロン [RIA]	フリーテストステロン
			基準値	下記参照	下記参照
			報告範囲	0.2未満、0.2～99.9、100以上	0.6未満、0.6～50.0、50.0以上

■基準値

(単位:pg/mL)

新法			旧法		
メーカー参考値			メーカー参考値		
年齢	男性	女性	年齢	男性	女性
20～29	7.6～23.8	0.4～2.3	20～29	8.5～27.9	2.7以下
30～39	6.5～17.7	0.6～2.5	30～39	7.6～23.1	1.9以下
40～49	4.7～21.6	0.3～1.8	40～49	7.7～21.6	1.1以下
50～59	4.6～19.6	0.8～1.7	50～59	6.9～18.4	1.0以下
60～69	5.3～11.5		60～69	5.4～16.7	—
70以上	4.6～16.9		70～79	4.5～13.8	—

■新旧二法の相関

