

「血中アンモニア(NH₃)」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、標記項目につきまして、試薬変更に伴い本年2月1日より検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内する次第です。

この度の試薬変更により自動分析装置での測定が可能になり、検査精度の向上が期待されます。併せて、基準値を自社設定値から試薬メーカー参考基準値へ変更させていただきます。

なお、現行のアンモニア用容器は添加剤の変更により使用不可となります。お手持ちの現行容器は新容器へ交換させていただきますので、担当者にお申し付けください。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

頁	項目 コード	検査項目名	変更内容	新	旧
111	1623	アンモニア(NH ₃)	検査方法	酵素サイクリング法	藤井・奥田変法
			基準値	12~66 μg/dL	50~150 μg/dL

※その他の検査要項に変更はございません。

※新旧二法の相関につきましては、裏面をご確認ください。

■対象容器/変更内容

頁	容器 形態	容器	変更内容	新	旧
226	05	アンモニア用容器	添加剤	除蛋白液 4mL (タンゲステン酸 Na)	除蛋白液 4mL (リンタンゲステン酸 Na 硫酸)

※容器の形状に変更はございません。

■変更期日

●2021年2月1日(月)受付日分より

■新旧二法の相関

