

2021年5月
No.21-078a(山)※1

「肺癌マルチ CDx 遺伝子解析」 「肺癌 BRAF V600E 変異解析」 検査再開のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、標記項目は測定試薬の供給遅延に伴い、本年4月21日受付分の検体から検査を一時中断しておりましたが、今般、検査委託先より予定した試薬が供給されることになり、検査を再開する旨の連絡がございました。

つきましては、下記期日より検査を再開させていただきます。
先生方にはご不便をお掛けいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

敬具

記

■対象項目

頁	項目コード	検査項目名
159	3966	肺癌マルチ CDx 遺伝子解析
-	3956	肺癌 BRAF V600E 変異解析

■検査再開日

●2021年5月6日(木)より

※既にお預かりしている検体につきましては、順次検査を実施しご報告いたします。なお、供給される試薬は検査中断前と同じロットの試薬です。このロットの試薬は本年1月末に供給中断し、その後2月24日から条件付きで検査再開しているものですが、依然、コントロール不成立を含むデータ不良が確認され、再検査率が増加している状況にございます。このため、暫くの間、お預かりする検体に対し報告が遅延する可能性がございますので、予めご了承ください。

また、ご報告する検査結果につきましては、検査試薬添付文書の基準に加え、検査委託先の精度管理基準を満たす検査結果を登録していますので、検査結果への影響はございません。

以上