

## 検体保管冷蔵庫の故障による 追加検査不可のお詫び

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを頂き、厚くお礼申し上げます。

さて、この度の夏季休業期間中に本社ラボの常用依頼分の保管冷蔵庫に不具合が発生し、適正温度を維持できない事態となりました。その対処として、直近 2 日分の保管検体は他の冷蔵庫に移すことで、適正温度環境を維持できましたが、それ以外の保管検体において適正温度を超えた環境での保管となりました。

このため、直近 2 日分である 8 月 12 日(金)および 13 日(土)の検体は追加検査が可能ですが、それ以外(8 月 11 日(水)以前)の保管検体につきましては原則として追加検査が出来ないこととなりました。

弊社設備の不具合により、先生方にご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

敬具

### 記

#### ■追加検査不可対象検体

- 2021 年 8 月 11 日(水)以前にご依頼いただいた常用依頼検体

※微生物検体および病理・細胞診検体はこの度不具合が生じた冷蔵庫と別保管のため、影響ございません。

以上