

「1,25-(OH)₂ビタミンD」 報告遅延のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、当該項目の検査委託先より、試薬販売元にてキャリブレーターの設定濃度が出荷規格を満たしていないことが確認されたため、試薬納品に遅れが生じているとの連絡がございました。このため、下記期日よりやむを得ず報告遅延の対応とさせていただきます。

誠に突然のことであり、先生方にはご迷惑をお掛けすると存じますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目

頁	項目コード	検査項目名	備考
49 121	1814	1,25-(OH) ₂ ビタミンD	代替項目はございません。

■報告遅延期日

●2022年6月28日(火)受付日分より報告遅延

※報告遅延の期間中も検体は通常通り受託いたします。

※現在検査委託先で使用中の Lot の使用期限と在庫量により、以下の条件の場合は次回試薬納品後の測定となります。

・6月22日(水)～6月24日(金)受付日分の再々検

・6月25日(土)～6月27日(月)受付日分の再検

※検査の再開につきましては、別途ご案内いたします。

現時点では、2022年7月7日(木)頃に試薬納品予定との連絡が入っております。

以上