

内部精度管理の実施状況

2021年8月度 No.1

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
総蛋白(TP)	L-コンセーラ I EX	5.62	0.05	0.9
	L-コンセーラ II EX	8.21	0.08	0.9
アルブミン(ALB)	L-コンセーラ I EX	3.54	0.07	2.0
	L-コンセーラ II EX	5.28	0.09	1.6
総ビリルビン(TBL)	L-コンセーラ I EX	0.21	0.03	12.1
	L-コンセーラ II EX	2.50	0.03	1.2
直接ビリルビン(DBL)	L-コンセーラ I EX	0.20	0.00	0.0
	L-コンセーラ II EX	1.14	0.05	4.4
AST(GOT)	L-コンセーラ I EX	43.4	0.6	1.3
	L-コンセーラ II EX	115.5	0.8	0.7
ALT(GPT)	L-コンセーラ I EX	37.3	0.7	2.0
	L-コンセーラ II EX	119.8	1.2	1.0
LD(IFCC)	L-コンセーラ I EX	168.2	2.0	1.2
	L-コンセーラ II EX	354.7	3.7	1.0
ALP(IFCC)	L-コンセーラ I EX	78.5	0.9	1.2
	L-コンセーラ II EX	189.5	1.9	1.0
γ-GT(γ-GTP)	L-コンセーラ I EX	43.9	0.5	1.1
	L-コンセーラ II EX	294.8	1.7	0.6
コリンエステラーゼ(CHE)	L-コンセーラ I EX	276.4	2.2	0.8
	L-コンセーラ II EX	403.3	3.0	0.8
CK(CPK)	L-コンセーラ I EX	97.0	1.4	1.5
	L-コンセーラ II EX	602.4	5.4	0.9
アミラーゼ(AMY)	L-コンセーラ I EX	95.9	0.9	0.9
	L-コンセーラ II EX	230.0	2.2	0.9
尿素窒素(BUN)	L-コンセーラ I EX	15.20	0.25	1.6
	L-コンセーラ II EX	48.39	0.61	1.3
クレアチニン(CRE)	L-コンセーラ I EX	1.024	0.012	1.2
	L-コンセーラ II EX	5.541	0.050	0.9
尿酸(UA)	L-コンセーラ I EX	3.59	0.06	1.6
	L-コンセーラ II EX	9.87	0.11	1.1
総コレステロール(TCH)	L-コンセーラ I EX	131.4	1.3	1.0
	L-コンセーラ II EX	192.8	1.7	0.9
中性脂肪(TG)	L-コンセーラ I EX	52.4	0.9	1.7
	L-コンセーラ II EX	76.2	1.2	1.5
HDLコレステロール(HDL)	L-コンセーラ I EX	43.2	0.7	1.6
	L-コンセーラ II EX	61.4	0.8	1.3
LDLコレステロール(LDL) (直接法)	L-コンセーラ I EX	69.2	0.9	1.3
	L-コンセーラ II EX	104.2	1.2	1.1

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン

内部精度管理の実施状況

2021年8月度 No.2

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
リン脂質(PLP)	L-コンセーラ I EX	162.9	1.9	1.1
	L-コンセーラ II EX	237.8	2.2	0.9
ナトリウム(Na)	L-コンセーラ I EX	140.9	1.0	0.7
	L-コンセーラ II EX	154.6	1.0	0.6
クロール(Cl)	L-コンセーラ I EX	102.4	0.7	0.7
	L-コンセーラ II EX	120.4	0.9	0.8
カリウム(K)	L-コンセーラ I EX	4.29	0.04	1.0
	L-コンセーラ II EX	6.27	0.07	1.0
マグネシウム(Mg)	L-コンセーラ I EX	1.90	0.03	1.8
	L-コンセーラ II EX	4.12	0.07	1.6
カルシウム(Ca)	L-コンセーラ I EX	8.84	0.13	1.4
	L-コンセーラ II EX	13.69	0.15	1.1
無機リン(IP)	L-コンセーラ I EX	4.11	0.06	1.3
	L-コンセーラ II EX	9.12	0.09	1.0
血清鉄(Fe)	L-コンセーラ I EX	131.2	1.4	1.0
	L-コンセーラ II EX	211.2	1.5	0.7
血糖(GLU)* ¹	L-コンセーラ I EX	95.2	0.6	0.6
	L-コンセーラ II EX	304.2	1.4	0.5
CRP	L-コンセーラ I EX	0.371	0.006	1.6
	L-コンセーラ II EX	2.210	0.032	1.4
HbA1c(NGSP)	ライフチェックDM1	4.88	0.07	1.5
	ライフチェックDM2	9.13	0.09	1.0
白血球数(WBC)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)* ²	3038	57	1.9
	ヘマトロジーコントロール N* ²	6535	117	1.8
赤血球数(RBC)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)* ²	221.6	1.8	0.8
	ヘマトロジーコントロール N* ²	424.9	3.3	0.8
ヘモグロビン(HGB)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)* ²	5.33	0.05	0.9
	ヘマトロジーコントロール N* ²	11.55	0.06	0.5
ヘマトクリット(HCT)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)* ²	15.59	0.18	1.1
	ヘマトロジーコントロール N* ²	33.98	0.30	0.9
血小板数(PLT)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)* ²	7.94	0.27	3.4
	ヘマトロジーコントロール N* ²	22.33	0.47	2.1

*1:校正のため、集計期間は2021年8月17日～2021年8月31日です。

*2:ヘマトロジーコントロール Ab(L)、ヘマトロジーコントロール Nはロット変更しています。

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン