

内部精度管理の実施状況

2024年2月度 No.1

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
総蛋白(TP)	L-コンセーラ I EX	5.49	0.05	0.8
	L-コンセーラ II EX	7.94	0.06	0.8
アルブミン(ALB)	L-コンセーラ I EX	3.47	0.07	1.9
	L-コンセーラ II EX	5.09	0.09	1.8
総ビリルビン(TBL)	L-コンセーラ I EX	0.40	0.00	0.0
	L-コンセーラ II EX	2.85	0.05	1.8
直接ビリルビン(DBL)	L-コンセーラ I EX	0.20	0.00	0.0
	L-コンセーラ II EX	1.02	0.04	3.6
AST(GOT)	L-コンセーラ I EX	42.6	0.8	1.8
	L-コンセーラ II EX	108.2	1.4	1.3
ALT(GPT)	L-コンセーラ I EX	36.2	0.9	2.5
	L-コンセーラ II EX	116.7	1.2	1.0
LD(IFCC)	L-コンセーラ I EX	160.3	2.4	1.5
	L-コンセーラ II EX	354.5	3.7	1.1
ALP(IFCC)	L-コンセーラ I EX	74.4	0.7	0.9
	L-コンセーラ II EX	158.3	1.3	0.8
γ -GT (γ -GTP)	L-コンセーラ I EX	40.8	0.6	1.5
	L-コンセーラ II EX	283.6	3.1	1.1
コレステラーゼ(CHE)	L-コンセーラ I EX	289.6	3.3	1.1
	L-コンセーラ II EX	418.3	4.6	1.1
CK(CPK)	L-コンセーラ I EX	97.2	1.8	1.9
	L-コンセーラ II EX	512.1	4.8	0.9
アミラーゼ(AMY)	L-コンセーラ I EX	99.8	0.9	0.9
	L-コンセーラ II EX	238.8	2.1	0.9
尿素窒素(BUN)	L-コンセーラ I EX	15.68	0.28	1.8
	L-コンセーラ II EX	50.66	0.74	1.5
クレアチニン(CRE)	L-コンセーラ I EX	0.971	0.013	1.3
	L-コンセーラ II EX	5.581	0.050	0.9
尿酸(UA)	L-コンセーラ I EX	3.53	0.05	1.4
	L-コンセーラ II EX	9.64	0.08	0.8
総コレステロール(TCH)	L-コンセーラ I EX	133.0	1.5	1.1
	L-コンセーラ II EX	192.8	2.0	1.0
中性脂肪(TG)	L-コンセーラ I EX	49.3	0.8	1.6
	L-コンセーラ II EX	72.3	0.9	1.3
HDLコレステロール(HDL)	L-コンセーラ I EX	42.6	0.6	1.4
	L-コンセーラ II EX	59.3	0.7	1.2
LDLコレステロール(LDL) (直接法)	L-コンセーラ I EX	75.6	0.9	1.2
	L-コンセーラ II EX	109.6	1.3	1.1

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申しつけ下さい。

株式会社 キューリン

内部精度管理の実施状況

2024年2月度 No.2

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
ナトリウム(Na)	L-コンセーラ I EX	140.6	0.9	0.6
	L-コンセーラ II EX	153.6	1.0	0.6
クロール(Cl)	L-コンセーラ I EX	99.7	0.6	0.6
	L-コンセーラ II EX	117.2	0.8	0.7
カリウム(K)	L-コンセーラ I EX	4.35	0.09	2.0
	L-コンセーラ II EX	6.26	0.12	1.9
マグネシウム(Mg)	L-コンセーラ I EX	1.86	0.05	2.6
	L-コンセーラ II EX	4.08	0.08	1.9
カルシウム(Ca)	L-コンセーラ I EX	8.95	0.14	1.6
	L-コンセーラ II EX	13.78	0.17	1.2
無機リン(IP)	L-コンセーラ I EX	4.14	0.07	1.6
	L-コンセーラ II EX	8.99	0.10	1.1
血清鉄(Fe)	L-コンセーラ I EX	129.2	1.5	1.1
	L-コンセーラ II EX	209.0	1.6	0.8
血糖(GLU)	L-コンセーラ I EX	95.9	0.6	0.6
	L-コンセーラ II EX	301.4	1.4	0.5
CRP	L-コンセーラ I EX	0.357	0.008	2.2
	L-コンセーラ II EX	2.191	0.036	1.6
HbA1c(NGSP)	ライフチェックDM1	5.20	0.08	1.5
	ライフチェックDM2	9.76	0.10	1.1
白血球数(WBC)	XN CHECK L1 ^{※1}	2944	67	2.3
	XN CHECK L2 ^{※1}	6786	90	1.3
赤血球数(RBC)	XN CHECK L1 ^{※1}	232.8	2.8	1.2
	XN CHECK L2 ^{※1}	426.1	2.9	0.7
ヘモグロビン(HGB)	XN CHECK L1 ^{※1}	5.49	0.06	1.1
	XN CHECK L2 ^{※1}	11.60	0.07	0.6
ヘマトクリット(HCT)	XN CHECK L1 ^{※1}	16.48	0.29	1.7
	XN CHECK L2 ^{※1}	33.88	0.36	1.1
血小板数(PLT)	XN CHECK L1 ^{※1}	7.56	0.37	4.9
	XN CHECK L2 ^{※1}	24.05	0.60	2.5

※1:XN CHECK L1、XN CHECK L2はロット変更しています。

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン